

Ferriere Nord SpA - Laboratorio Zona Industriale Rivoli 33010 Osoppo UD	Numero di accreditamento: 1561 Sede A
	Revisione: 3 Data: 19/09/2018
	Scheda 1 di 1 PA2030AR3.pdf

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acciai e ghise

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Carbonio	ASTM E1019-18 sez. 1-20

Acciaio

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Alluminio, Antimonio, Arsenico, Boro (0-0,010%), Calcio, Carbonio, Cromo (0-1,5%), Cobalto, Rame, Manganese, Molibdeno, Nichel, Niobio, Azoto, Fosforo, Silicio, Zolfo, Stagno, Titanio, Vanadio, Zirconio (Campo di misura ampliato per il Boro: 0-0,010%. Campo di misura ristretto per il Cromo: 0 - 1,5% Per tutti gli altri elementi campo di misura del metodo normato.)	ASTM E415-17

Calce, Ferroleghie, Polveri di abbattimento EAF, Scoria di acciaieria

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Carbonio (0,01 ÷ 7 %)	ASTM C25 - 17 sez.35

Carbone, coke e grafite

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Carbonio (53-100%)	MI. FN. 01 rev03 - 2016

Ferroleghie (FeSiMn, FeSi, FeMn)

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Ferro (6-53%) Manganese (54-87%) Silicio (14-20%; 45-92%)	MI.FN.05rev01 - 2018

Legenda

ASTM = American Society for Testing and Materials
 MI. FN. 01 = Metodo interno Ferriere Nord 01

ACCREDIA
 Il Direttore del Dipartimento
 (Dott.ssa Silvia Tramontin)

La decorrenza del presente elenco delle prove accreditate, coincide con la data di revisione del documento, posta in alto a destra.
 Non rileva il fatto che la firma digitale sia stata apposta successivamente
 Un asterisco a fianco della prova indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la prova stessa